
Analysezertifikat RC11

Fe-Basis Spektrometer-Einstellproben (Rekalibrierungsproben, SUS-Proben)

Die besondere Homogenität dieses Materials wird bescheinigt, die nicht zertifizierte Richtanalyse in Gewichtsprozentanteilen ist wie folgt:

Proben-N	Menge	Werte									
1RC11	78	Zn-3	Pb-3	Sn-3	Al-2	Ni-15	Fe-3	As-3	Cd-3	Si-5	
		Cr-2	Se-2								

Probenabmessung: ca. 40x40 mm